

Recuerda que la limpieza es muy importante y aún más cuando se cuida a alguien que ha perdido la salud, ayúdanos a mantener en buenas condiciones el equipo médico.

## SANA EN CASA

Lic. Arturo B. de la Garza #117  
Col. Burócratas del Estado,  
Monterrey, Nuevo León

### Contacto



81 3610 5446  
81 8088 4803

### Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 am a 2:00 pm  
[programas@sanaencasa.org](mailto:programas@sanaencasa.org)



## CONCENTRADOR DE OXÍGENO 5 LTS

DeVilbiss

Mantenimiento



## ¿Qué es?

Es un equipo que suministra oxígeno de manera constante sin requerir recargas, solo es necesario conectarlo a una corriente eléctrica y conectar de manera adecuada el vaso humidificador y la cánula.

## ¿Cómo funciona?

El concentrador de oxígeno son la fuente de suplemento de oxígeno más confiable, eficiente y conveniente que se puede conseguir hoy en día.

Esta unidad médica separa el oxígeno del aire del cuarto, lo que permite tener un suplemento de oxígeno de alta pureza proporcionado al paciente.

Aunque el concentrador filtra el oxígeno del cuarto, no afectará la cantidad normal de oxígeno en su cuarto.



## ¿Cómo brindo mantenimiento al equipo médico?

Primeramente, es importante mantener limpio el concentrador, procurando que no tenga exceso de polvo o toda suciedad. Además, **la limpieza debe ser tanto por fuera como por dentro**. A continuación te diremos como mantener en buen estado el concentrador:

- Ubicarse en la parte trasera del equipo y localizar la pestaña que nos permite abrir el filtro de aire.



Presione y estire hacia usted, la tapadera también puede retirarse del equipo para que facilite el acceso y se pueda limpiar el área con facilidad. Podrá observar el filtro del concentrador:



Claramente, podemos observar que el concentrador se encuentra en malas condiciones y al estar en esta situación, no se permite un buen funcionamiento del equipo. El suministro de oxígeno no se lleva a cabo como debe de ser y puede producir fallas en general.



Hay que retirar el filtro, una caja pequeña ubicada a la derecha y posteriormente, comenzar a limpiar.



Los filtros también se cambian y Sana en Casa es responsable de proveerlo. En caso de que note deterioro o exceso de suciedad, favor de notificar a nuestra asociación.

